

# NovoPen® 6)

## Návod k použití

Než poprvé použijete pero NovoPen® 6 k aplikaci inzulinu,

pečlivě si přečtěte tento návod k použití.

Na zadní straně tohoto návodu naleznete stručnou příručku



# Obsah

|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| Přehled částí pera.....  | Vnitřní strana obálky |  |
| Úvodní informace.....  | Vnitřní strana obálky |  |
| Důležité upozornění.....   | 1                     |  |
| <b>Příprava pera k aplikaci</b>                                      |                       |  |
| Vložení inzulinové zásobní vložky.....                               | 2                     |  |
| Pokud používáte bílý a zakalený inzulin....                          | 5                     |  |
| Nasazení nové jehly.....   | 6                     |  |
| Před aplikací VŽDY ověřte průtok inzulinu.                           | 8                     |  |
| Nastavení dávky.....   | 10                    |  |
| <b>Aplikace dávky.....</b> 12  |                       |  |
| <b>Po aplikaci injekce.....</b> 14                                   |                       |  |
| <b>Jak používat paměť dávky</b>                                      |                       |  |
| Jak si ověřit svou poslední dávku.....                               | 16                    |  |
| Co se zobrazuje na displeji paměti dávky?....                        | 17                    |  |
| Jak si vést osobní deník injekčních aplikací....                     | 18                    |  |
| Jak ověřit, kolik inzulinu zbývá.....                                | 20                    |  |
| Pokud potřebujete více inzulinu, než<br>zbývá v zásobní vložce ..... | 22                    |  |
| Jak vyměnit použitou inzulinovou<br>zásobní vložku .....             | 24                    |  |
| Chybová hlášení/zprávy zobrazené na<br>displeji                      |                       |  |
| Chybové hlášení „Error“ .....  | 26                    |  |
| Zpráva „End“ .....   | 27                    |  |
| Prázdný displej .....  | 27                    |  |
| <b>Jak o pero pečovat.....</b> 28                                    |                       |  |
| Péče .....   | 28                    |  |
| Čištění.....   | 28                    |  |
| Uchovávání .....   | 29                    |  |
| Likvidace .....  | 29                    |  |
| Záruka .....   | 30                    |  |
| Technické informace .....  | 32                    |  |

**Stručná příručka se nachází na zadní  
straně**

# NovoPen® 6)

## Pero



Uzávěr pera



Stupenice inzulinu



Pouzdro zásobní vložky



Pístový závit



Počítadlo ID pera dávky



Číslo šarže(na zadní straně)



Dávkovací tlačítko

## Paměť dávky



Počet naposledy aplikovaných jednotek

Čas, který uplynul od poslední aplikace (hh:mm:ss)

## Jednorázová jehla (příklad)



Vnější kryt jehly



Vnitřní kryt jehly



Jehla



Papírový kryt

## Inzulinová zásobní vložka (zásobní vložka Penfill® 3 ml)



Konec opatřený závitem (pro nasazení jehly)



Barevný proužek



Skleněná kulička (pouze u bílého a zakaleného inzulinu)

Píst

# Úvodní informace

Děkujeme Vám, že jste si vybrali pero NovoPen® 6. NovoPen® 6 je inzulinové pero pro opakované použití s funkcí paměti dávky.

**Balení pera NovoPen® 6 obsahuje jedno pero, měkké pouzdro a tento návod k použití.**

**Před použitím pera si pečlivě přečtěte tento návod k použití** – to i v případě, že jste již dříve pero NovoPen® 6 nebo podobné aplikaci systémy Novo Nordisk používali. V návodu najdete všechny informace o peru a jeho použití.

**NovoPen® 6 používejte pouze v případě**, že jste schopni plně dodržovat pokyny uvedené v tomto návodu k použití. Pokud nejste schopni pokyny plně dodržovat, požádejte o pomoc osobu, která je schopna postupovat podle pokynů.

NovoPen® 6 je určen k aplikaci inzulinu pro pacienty s diabetem, kteří potřebují inzulinové injekce.

NovoPen® 6 je určen pro pacienty s diabetem, kteří si sami aplikují injekce, zdravotnické pracovníky a pečovatele.

NovoPen® 6 je určen pro použití jednou osobou v prostředí domácí zdravotní péče.

Injekční pero NovoPen® 6 se má používat pouze s kompatibilními výrobky, se kterými lze pracovat přesně a bezpečně. Injekční pero se používá s inzulinovými zásobními vložkami Penfill®, o obsahu 3 ml od společnosti Novo Nordisk a jednorázovými jehlami, které jsou dodávány zvlášť. Injekční pero umožňuje uživateli nastavit požadovanou dávku v rozmezí od 1 do 60 jednotek v příručích po 1 jednotce.

**Pero má paměť dávky**, která vám pomáhá zapamatovat si počet naposledy aplikovaných jednotek a upozornit na dobu, která uplynula od poslední aplikace. V paměti dávky je rovněž uložena historie injekčních aplikací

přibližně za poslední tři měsíce. Další informace o tom, jak si vést osobní deník injekčních aplikací najdete v návodu k použití na stranách 18-19. Paměť si můžete například zkopírovat do svého chytrého telefonu a vést si tak osobní deník injekčních aplikací.

**Pero je trvanlivé**, což znamená, že ho můžete používat opakovaně. Když vypotřebujete všechn inzulin ze zásobní vložky, jednoduše ji nahradíte novou. Jestliže používáte více než jeden typ inzulinu, důrazně se doporučuje používat pro každý typ inzulinu odlišné pero NovoPen® 6.

**Pero můžete mít v šedém nebo modrém provedení.** Před každou aplikací si vždy zkontrolujte název a barvu zásobní vložky, abyste se ujistili, že používáte správný typ inzulinu.

## O tomto návodu k použití:

V tomto návodu k použití jsou pokyny k použití pera uvedeny krok za krokem.

Důležité informace a dodatečné informace jsou výrazně označeny symboly uvedenými níže:



## Důležité informace

Věnujte této pokynům zvláštní pozornost, protože jsou důležité pro bezpečné použití pera. Pokud nebudete pokyny pečlivě dodržovat, můžete si aplikovat inzulinu příliš málo či příliš mnoho, nebo byste si nemuseli aplikovat inzulin žádný.




## Dodatečné informace

# Důležité upozornění

- Pokud jste nevidomí nebo máte závažné problémy se zrakem, nepoužívejte pero NovoPen® 6 bez pomoci. Vyhledejte pomoc osoby s dobrým zrakem, která se může plně řídit pokyny uvedenými v tomto návodu k použití.
- Před každou aplikací VŽDY ověrte průtok inzulinu. Pero nepoužívejte, pokud při kontrole průtoku inzulinu nevystříkne hrotom jehly. Pokud průtok inzulinu neověříte, můžete si aplikovat inzulinu příliš málo, nebo byste si nemuseli aplikovat inzulin žádný.
- Pokud vám pero upadne, zkонтrolujte inzulinovou zásobní vložku, zda není poškozená, například prasklá. Pokud je to nutné, vyměňte ji za novou.
- Pokud mezi dvěma aplikacemi dojde k náhodnému rozšroubování pera, je důležité před další aplikací zkontovalovat průtok inzulinu. Možná bude zapotřebí to provést několikrát, než inzulin hrotom jehly vyštříkne. Pokud se inzulin neobjeví, nemuseli byste si podat žádný.
- Pero NovoPen® 6 je určeno k použití se zásobními vložkami Penfill® o obsahu 3 ml a jednorázovými jehlami NovoFine® Plus, NovoFine® nebo NovoTwist® o délce do 8 mm.
- Společnost Novo Nordisk neodpovídá za škody vzniklé používáním pera NovoPen® 6 s jinými přípravky a pomůckami, než s výše uvedenými.
- Vždy si zkонтrolujte název a barvu zásobní vložky, abyste se ujistili, že obsahuje typ inzulinu, který potřebujete. Pokud byste použili nesprávný typ inzulinu, hladina cukru v krvi vám může příliš stoupnout nebo klesnout.
- Pro případ ztráty nebo poškození s sebou vždy nosete náhradní pero, zásobní inzulin typu (typů), který používáte, a nové jehly.
- Své pero, inzulinové zásobní vložky a jehly nikdy nesdílejte s jinými osobami. Jsou pouze pro vaše použití.
- Pero, inzulinové zásobní vložky a jehly vždy uchovávejte mimo dohled a dosah jiných osob, zvláště dětí.
- Pero vždy nosete s sebou. Nenechávejte jej v autě či na jiných místech, kde může být příliš teplo nebo příliš chladno.
- Pečující osoby musí být při zacházení s použitými jehlami velice opatrné, aby se minimalizovalo riziko píchnutí jehlou a přenosu infekce.
- Záměna inzulinu může mít vážné zdravotní následky. Pokud používáte dva typy inzulinů, doporučujeme, abyste se poradili se svým zdravotnickým pracovníkem, jak se záměně vyhnout.
- Vždy si přečtěte příbalovou informaci, která je součástí balení zásobní vložky Penfill®, kde jsou uvedeny informace týkající se inzulinu.

## Vložení inzulinové zásobní vložky

- Sejměte uzávěr pera.




- Odšrouubujte pouzdro zásobní vložky. Odložte ho stranou pro pozdější použití



- **Pístový závit může vyčnívat** z pera. Je-li tomu tak, **zcela jej** až na doraz **zatlačte**.

**i** Pístový závit a hlavice pístového závitu se mohou uvolnit a mohou se samovolně pohybovat. To je normální a nemá to vliv na funkci pera.



- Vezměte si novou inzulinovou zásobní vložku. Uchopte pouzdro zásobní vložky a nechte do něj zásobní vložku vklouznout a to **koncem opatřeným závitem napřed**, jak ukazuje obrázek. Barva vaší zásobní vložky se může lišit od té, která je znázorněna na obrázku. Barva závisí na typu inzulinu, který používáte.



**⚠ Zkontrolujte název a barvu** zásobní vložky, abyste se ujistili, že obsahuje typ inzulinu, který potřebujete. Pokud byste použili nesprávný typ inzulinu, hladina cukru v krvi vám může příliš stoupnout nebo příliš klesnout.

**Zkontrolujte, zda není zásobní vložka poškozená**, například je popraskaná nebo netěsní. Postup naleznete v **příbalové informaci k zásobní vložce Penfill® o obsahu 3 ml**, která je součástí balení zásobní vložky Penfill® o obsahu 3 ml.

**Zkontrolujte, zda má inzulin správný vzhled.** V příbalové informaci k zásobní vložce Penfill® o obsahu 3 ml najdete popis vašeho typu inzulinu.

**Pero NovoPen® 6 je určeno k použití se zásobními vložkami Penfill® o obsahu 3 ml a jednorázovými jehlami NovoFine®Plus, NovoFine® nebo NovoTwist® o délce do 8 mm.**

5

- Našroubujte pouzdro zásobní vložky zpět tak, jak je znázorněno na obrázku, **dokud neuslyšíte či nepocítíte cvaknutí**.



## Pokud používáte bílý a zakalený inzulin

Pokud používáte inzulinovou zásobní vložku obsahující inzulin zakaleného vzhledu (bílá inzulinová suspenze), **vždy inzulin bezprostředně před každou aplikací promíchejte**. Návod na promíchání vašeho typu inzulinu najdete v *příbalové informaci k zásobní vložce Penfill® o obsahu 3 ml*.

Před promícháním inzulinu **se ujistěte, že je v zásobní vložce dostatek místa**:

Pokud uchopíte pero tak, jak je znázorněno na obrázku musí být píst **nad bílým proužkem** na pouzdru zásobní vložky. Je to nezbytné proto, aby se skleněná kulička uvnitř zásobní vložky mohla volně pohybovat a mohla tak inzulin promíchat.

Pokud je píst pod bílým proužkem, vyměňte inzulinovou zásobní vložku za novou, viz str. 24-25.



## Nasazení nové jehly


1

- Vezměte si novou jehlu a odstraňte papírový kryt.
- Nasaďte jehlu **rovně** na pero. **Pevně ji zašroubuje.**



2

- Sejměte vnější kryt jehly a uschovejte jej. Budete ho potřebovat po aplikaci, abyste bezpečně odstranili jehlu z pera.




**Pro každou aplikaci vždy použijte novou jehlu.** Zamezíte tím riziku upcání jehel, kontaminaci, infekci a nepřesnému dávkování.

**Nikdy nepoužívejte ohnutou či poškozenou jehlu.**

**Jehlu na pero nenasazujte,** dokud nejste připraveni k aplikaci další injekce.

- Sejměte vnitřní kryt jehly a zahodťte jej.

Na hrotu jehly se může objevit kapka inzulinu. To je normální, i přesto však musíte **ověřit průtok inzulinu**.



Jehla má dva kryty. Je nutné je oba odstranit. Jestliže zapomenete odstranit oba kryty, neaplikujete si žádný inzulin a vaše hladina cukru v krvi se může příliš zvýšit.



Pero NovoPen® 6 je určeno k použití se zásobními vložkami Penfill® o obsahu 3 ml a jednorázovými jehlami NovoFine® Plus, NovoFine® nebo NovoTwist® o délce do 8 mm.

## Před aplikací VŽDY ověrte průtok inzulinu



**Před aplikací VŽDY ověrte průtok.**  
Zkoušejte průtok tak dlouho, dokud z hrotu jehly nevystříkne inzulin. Tím zajistíte, že všechny vzduchové mezery a bubliny budou odstraněny a že inzulin bude moci jehlou protékat.

- Pokud **dávkovací tlačítko** již není vytažené, **vytáhněte ho.**

- Otočením dávkovacího tlačítka nastavte **2 jednotky**.




- **Stiskněte dávkovací tlačítko**, dokud počítadlo dávky neukazuje „0“. „0“ musí být proti ukazateli dávky.
- Ověřte si, že **inzulin vystřikuje** hrotom jehly.

**Pokud se inzulin neobjeví**, opakujte kroky 1–3, dokud z hrotu jehly inzulin nevystříkne.


Pokud se inzulin neobjeví ani po několika pokusech, zkontrolujte inzulinové okénko, je-li mezi černou hlavicí pístového závitu a pístem mezera, viz obrázky 3A a 3B. Pokud žádnou mezera nevidíte, vyměňte jehlu a zkontrolujte průtok inzulinu ještě jednou.

**Test průtoku inzulinu je dokončen, jestliže vidíte, že z hrotu jehly stříká inzulin.**



**Pokud se žádny inzulin neobjevil, nepokoušejte se o aplikaci.** Nemuseli byste si aplikovat žádny inzulin, i když se počítadlo dávky může pohybovat. Mohlo by to vést k příliš vysoké hladině cukru v krvi (hyperglykemii).

**Pokud se inzulin neobjeví ani po několikanásobné kontrole průtoku**, pero nepoužívejte. Kontaktujte dodavatele, aby vám vydal nové pero.



- Pokud dávkovací tlačítko již není vytažené, vytáhněte ho.
- Před tím, než začnete, se ujistěte, že počítadlo dávky ukazuje „0“. „0“ musí být proti ukazateli dávky.



- ① Dávkovací tlačítko mění počet jednotek. Pouze počítadlo dávky a ukazatel dávky ukazují, kolik jednotek na dávku jste nastavili. Můžete nastavit až 60 jednotek na dávku.



Pohledem přes inzulinové okénko vždy **zkontrolujte, zda má inzulin v peru správný vzhled.** V příbalové informaci k zásobní vložce Penfill® o obsahu 3 ml najdete popis vašeho typu inzulinu.

**K tomu, abyste si ověřili počet nastavených jednotek, vždy používejte počítadlo dávky a ukazatel dávky.**

Nepoužívejte stupnici inzulinu na pouzdro zásobní vložky.  
Ukazuje pouze přibližné množství inzulinu zbývající v peru.

Nepočítejte cvakání pera.

Pokud byste si nastavili a aplikovali špatnou dávku, hladina cukru v krvi vám může příliš stoupnout nebo příliš klesnout.



Pokud potřebujete vyšší dávku než 60 jednotek, měli byste si opatřit jiný aplikátor společnosti Novo Nordisk, který umožňuje podání vyšší maximální dávky.

Dávkovací tlačítko by se mělo otáčet zlehka. Neotáčejte jím silou.

Pokud pero obsahuje méně než 60 jednotek, počítadlo dávky se zastaví na počtu zbývajících jednotek. Pokud potřebujete více inzulinu, než kolik ho zbylo v zásobní vložce, přejděte na str. 22-23.



Před aplikací VŽDY ověřte průtok.

- **Zkontrolujte název a barvu** zásobní vložky, abyste se ujistili, že obsahuje typ inzulinu, který potřebujete. Pokud byste použili nesprávný typ inzulinu, hladina cukru v krvi vám může příliš stoupnout nebo příliš klesnout
- **Ujistěte se, že vidíte na počítadlo dávky.**
- **Vpíchněte jehlu do kůže** tak, jak vám to ukázal lékař nebo zdravotní sestra.
- **Stiskněte dávkovací tlačítko** a držte jej, dokud počítadlo dávky neukáže „0“. „0“ musí být proti ukazateli dávky. Můžete uslyšet nebo pocítit cvaknutí.
- Poté, co se počítadlo dávky vrátí na „0“, **ponechte jehlu pod kůží a počítejte pomalu do 6.**


2

Počkejte a  
pomalu počítejte  
**1-2-3-4-5-6**



Pokud jehlu vytáhnete dříve, můžete vidět proud inzulinu unikající z hrotu jehly. Je-li tomu tak, neapplikovali jste si celou dávku a budete muset zvýšit četnost kontrol hladiny cukru v krvi.

- Vytáhněte jehlu z kůže.
- Po aplikaci injekce se informace o dávce uloží do paměti dávky.  
Viz str. 16-17.



**Aplikaci vždy provádějte stisknutím dávkovacího tlačítka. Neotácejte jím.** Pokud dávkovacím tlačítkem otočíte, k aplikaci nedojde.

**Vždy sledujte počítadlo dávky, abyste zjistili, kolik jednotek jste si aplikovali.** Nepočítejte cvakání pera. Počítadlo dávky vám ukáže přesný počet jednotek.

**Pokud se dávkovací tlačítko zastaví** dříve, než se na počítadle dávky objeví „0“, mohlo dojít k upcpání jehly. Otočte počítadlo dávky zpět na „0“ a jehlu nahraďte novou. Zkontrolujte průtok inzulinu a aplikujte si celou dávku.



Po aplikaci můžete spatřit na hrotu jehly kapku inzulinu. To je normální a nijak to neovlivní vámi aplikovanou dávku.

Při běžném používání tohoto zdravotnického prostředku **může dojít k reakci v místě vpichu.** V případě jakýchkoli pochybností se vždy poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

## Po aplikaci injekce



- Bezprostředně po aplikaci jehlu odstraňte tak, že ji zašroubujete do nádoby na použité jehly.



- Pokud nemáte nádobu na použité jehly, použijte metodu zakrytí jehly jednou rukou. Na hladkém povrchu **zaveděte hrot jehly do vnějšího krytu jehly**, aniž byste se jí dotkli.




- Nedotýkejte se vnějšího krytu jehly, dokud jehla nebude uvnitř.  
• Jakmile je jehla zakryta, **opatrne vnější kryt jehly zcela zatlačte**.



**Nikdy nezkoušejte na jehlu nasadit zpět vnitřní kryt jehly.**  
Mohli byste se o jehlu píchnout.

- Přidržte černé pouzdro zásobní vložky a odšroubujte jehlu. Opatrně ji zlikvidujte podle pokynů lékaře nebo zdravotní sestry.



- Po každém použití **nasad'te na pero uzávěr**, abyste inzulin chránili před světlem.
- Pero pečlivě uschovejte. Musí být uchováváno **mimo dohled a dosah ostatních, obzvláště dětí**. Uchovávání pera viz str. 29.




**Pokaždé, když odšroubováváte jehlu, přidržujte černé pouzdro zásobní vložky.** Jinak byste mohli pero rozšroubovat. Pokud se tak stane, sešroubujte pero opět k sobě. Vyměňte jehlu a před další aplikací zkонтrolujte průtok inzulinu, abyste se ujistili, že si budete aplikovat celou dávku.

**Vždy bezpečně odstraňte a zlikvidujte použitou jehlu, například do nádoby na použité jehly, dle pokynů lékaře nebo zdravotní sestry.** Snížíte tak riziko ucpání jehel, kontaminace, infekce a nepřesného dávkování. Neuchovávejte pero s nasazenou jehlou.

## 16 Jak si ověřit svou poslední dávku

1



- Před tím, než začnete, se ujistěte, že počítadlo dávky ukazuje „0“. „0“ musí být proti ukazateli dávky.

- **Vytáhněte dávkovací tlačítko a znova jej zatlačte zpět.**  
Dávkovacím tlačítkem neotáčejte.

**Na displeji paměti dávky nyní budou zobrazeny podrobnosti o vaší poslední dávce.** Po 15 sekundách se zařízení vypne.

2



- i** **Neotáčejte dávkovacím tlačítkem,** když kontrolujete poslední podanou dávku. Otáčení a následné zatlačení přepíše detaily o vaší poslední dávce.

Pokud omylem otočíte dávkovacím tlačítkem, jednoduše ho, než ho zatlačíte, vraťte zpět na „0“. Takto detaily o vaší poslední dávce **nepřepíšete.**

12 jednotek  
aplikovaných  
před 1  
hodinou,  
52 minutami  
a 3 sekundami



# Co se zobrazuje na displeji paměti dávky?

- Počet naposledy aplikovaných jednotek.
- Dobu, která uplynula od poslední aplikace (hodiny:minuty:sekundy).  
Vpravo jsou uvedeny tři příklady.

**Na displeji se zobrazují pouze podrobnosti o poslední injekční aplikaci nebo testu průtoku inzulinu.** To znamená, že test průtoku inzulinu přepíše podrobnosti vaší poslední injekční aplikace.

Paměť dávky v pero ukládá historii vašich injekčních aplikací přibližně za poslední tři měsíce. Na str. 18-19 se dozvíte, jak tyto informace použít k vedení osobního deníku injekčních aplikací.



Displej vám **neukáže**, kolik inzulinu potřebujete pro další injekci. Pokud máte pochybnosti o tom, kolik inzulinu si musíte aplikovat, zkонтrolujte si hladinu cukru v krvi.

V opačném případě si můžete aplikovat příliš mnoho nebo příliš málo inzulinu.

Pokud máte podezření, že displej zobrazuje nesprávné informace, např. jestliže jste pero použili jinak, než jste měli, vždy si před nastavením dávky pro další aplikaci zkонтrolujte hladinu cukru v krvi.



Aplikováno  
5 jednotek  
před 3 hodinami,  
45 minutami  
a 10 sekundami

Aplikováno  
10 jednotek  
před 35 minutami  
a 50 sekundami

Aplikováno  
8 jednotek před  
36 hodinami,  
45 minutami  
a 18 sekundami

Paměť dávky v peru podporuje komunikaci technologií NFC (near field communication). **Pokud máte chytrý telefon, tablet, počítač, glukometr nebo jiné zařízení, které podporuje technologii NFC**, můžete přenést historii injekčních aplikací z pera do takového zařízení a vést si osobní deník injekčních aplikací. Jen se ujistěte, že vaše zařízení má aplikaci, která se dokáže propojit s perem, nebo jiný software, který dokáže přečíst a zobrazit informace o vašich injekčních aplikacích.

Aby bylo možné se k zařízení připojit, musí být aktivována paměť dávky. Chcete-li aktivovat paměť dávky, nastavte dávku větší než nula a stiskněte dávkovač tlačítko na doraz. To lze provést s inzulinovou zásobní vložkou vloženou do pera nebo bez ní. Jestliže je aktivace paměti dávky prováděna s vloženou inzulinovou zásobní vložkou, musí být k peru připojena jehla.

Paměť dávky je plně aktivována, pokud se na displeji paměti dávek zobrazí údaje o právě podané první dávce. Dokud není paměť dávky plně aktivována, nenastavujte novou dávku. Aktivace paměti dávky je nutná pouze při prvním použití nového pera.

## 1 Zkontrolujte, zda vaše zařízení podporuje technologii NFC.

V návodu k použití ke svému zařízení zkontrolujte, zda zařízení podporuje technologii NFC a kde přesně na zařízení se NFC nachází.

Seznam chytrých telefonů, které lze propojit s perem **NovoPen® 6**, naleznete na adrese [novonordisk.com/novopensmartphones](http://novonordisk.com/novopensmartphones).

## 2 Zkontrolujte, zda je ve vašem zařízení nainstalována kompatibilní aplikace nebo jiný software pro čtení informací o vašich injekčních aplikacích.

Pokud na vašem zařízení není kompatibilní aplikace nebo jiný software, vyhledejte a stáhněte si jej nebo se obraťte na svého dodavatele společnosti Novo Nordisk, který vám poskytne informace.

Seznam aplikací, které lze propojit s perem **NovoPen® 6**, naleznete na adrese [novonordisk.com/novopenapps](http://novonordisk.com/novopenapps).

## 3 Ve své aplikaci nebo jiném softwaru si zjistěte:

- jak připravit zařízení na přenos informací.
- jak zobrazit údaje o vašich injekčních aplikacích.



**4****Přeneste historii svých injekčních aplikací do svého zařízení.**

- **Najděte** místo NFC na vašem zařízení.
- **Přiložte** pamět dávky pera přímo k místu NFC na vašem zařízení a ujistěte se, aby pero zůstalo v kontaktu s místem NFC.
- **Udržujte tuto polohu a počkejte**, než se údaje o vašich posledních injekčních aplikacích automaticky přenesou do vašeho zařízení.

**Příklad ID  
pera**

Vaše pero má unikátní identifikační číslo (ID), které se nachází na dávkovacím tlačítku, jak je znázorněno na obrázku.

Zobrazíte-li si osobní deník injekčních aplikací na vašem zařízení, je ID pera přiřazeno k údajům o vašich injekčních aplikacích.

Jestliže používáte různá pera pro různé druhy inzulinů, zkонтrolujte ID pera. Tak zjistíte, z jakého pera pochází údaje o injekčních aplikacích.

## 20 Jak ověřit, kolik inzulinu zbývá

1



Pokud zbývá méně než 60 jednotek, počítadlo dávky dokáže přesně ukázat, jaké množství inzulinu zbývá v zásobní složce.

- **Otáčejte dávkovacím tlačítkem**, dokud se nezastaví.
- Zkontrolujte počítadlo dávky:
  - Pokud ukazuje „60“: v zásobní složce zbývá **60 nebo více jednotek**.
  - Pokud ukazuje méně než „60“: **Ukazuje počet jednotek zbývajících** v zásobní vložce.
- Otáčejte dávkovacím tlačítkem zpět, dokud se na počítadle dávky neukáže „0“.

- Abyste zjistili **přibližné** množství inzulinu zbývajícího v inzulinové zásobní vložce, použijte **stupnici inzulinu**.



- (i)** Pokud potřebujete více inzulinu, než zbývá v zásobní vložce, aplikujte si celou dávku z nové zásobní vložky, viz str. 22.

## Pokud potřebujete více inzulinu, než zbývá v zásobní vložce



Pokud potřebujete více inzulinu, než zbývá v zásobní vložce, **aplikujte si celou dávku z nové zásobní vložky.**

- Odstraňte jehlu. Odšroubujte pouzdro zásobní vložky a zlikvidujte použitou zásobní vložku.
- Vložte novou zásobní vložku, viz str. 2–4.

- Nasaděte novou jehlu a **zkontrolujte průtok inzulinu**, viz str. 6–9.

- Nastavte a **aplikujte si celou dávku z nové zásobní vložky**, viz str. 10–13.



Svou dávku můžete rozdělit mezi dvě zásobní vložky **pouze, pokud vám to doporučí lékař nebo zdravotní sestra.**

Pokud nebudete soustředění, můžete udělat chybu ve výpočtu nebo zapomenout zkonto rolovat průtok, a můžete se tak snadno pod- či předávkovat, to by mohlo vést k příliš vysoké nebo příliš nízké hladině cukru v krvi.

Pokud se po aplikaci rozdělené dávky **nebudete cítit dobře**, zkонтrolujte si hladinu cukru v krvi anebo kontaktujte lékaře či zdravotní sestru.

Pokud dávku rozdělíte:

**1 Ověrte průtok inzulinu.**

**2** Zjistěte, kolik inzulinu přesně zbývá a toto číslo si poznamenejte. Otáčejte dávkovacím tlačítkem, dokud se nezastaví. Počítadlo dávky vám poté ukáže počet jednotek, které zbývají v zásobní vložce.

**3** Aplikujte si všechn zbylý inzulin v zásobní vložce.

**4** Spočítejte, kolik dalších jednotek si musíte ještě aplikovat, abyste dosáhli celé dávky.

**5** Odstraňte použitou jehlu a zásobní vložku.

**6** Vložte a připravte novou zásobní vložku pro aplikaci.

**7** Nasadte novou jehlu a **vyzkoušejte průtok inzulinu.**

**8** Nastavte a aplikujte si zbytek dávky z nové zásobní vložky.



**i** Pokud rozdělíte dávku mezi dvě injekční aplikace, displej paměti dávky zobrazí pouze informaci o druhé injekci.

**1**

- Pokud je jehla stále na peru, odstraňte ji z pera a zlikvidujte ji; viz str. 14–15.

**2**

- Odšroubujte pouzdro zásobní vložky.



Když odšroubujete pouzdro zásobní vložky, pístový závit vyčnívá ven z pera. Může se samovolně pohybovat směrem vzad či vpřed. Zatlačte jej zpět dle instrukcí na str. 2.

- Nakloňte pouzdro zásobní vložky a **nechte zásobní vložku vyklouznout ven**. Zlikvidujte ji dle pokynů lékaře nebo zdravotní sestry.
- Zatlačte pístový závit zpět dovnitř. Poté **vložte novou zásobní vložku** a našroubujte zpět pouzdro zásobní vložky. Nasadte novou jehlu a zkонтrolujte průtok inzulinu, viz str. 6–9.





### Chybové hlášení „Error“

**Poslední injekční aplikace nebyla zaznamenána do paměti dávky**

**Pokud se zobrazí toto hlášení, znamená to, že jste si poslední injekci inzulinu aplikovali, ale paměť dávky tuto injekční aplikaci nezaznamenala.**

#### Co dělat?

Pero stále funguje a podává inzulin. Pokud si nemůžete vzpomenout, kolik a před jak dlouhou dobou jste si injekci aplikovali, zkонтrolujte si opakovaně hladinu cukru v krvi, než si podáte další inzulin.

Za normálních okolností začne paměť dávky opět fungovat poté, co si aplikujete další injekci. Pokud se tak nestane, kontaktujte svého dodavatele, aby vám zajistil nové pero.

Baterie je stále funkční.



### Zpráva „End“

#### **Životnost pera se blíží ke konci**

Baterie se vybíjí a životnost paměti dávky končí.

#### **Co dělat?**

Kontaktujte dodavatele, aby vám vydal nové pero. Pero stále můžete používat k aplikaci inzulinu, dokud nedostanete nové pero.

Paměť dávky je funkční, ale blíží se konec životnosti. Když pero dosáhne konce životnosti, displej se změní na prázdný.

Pero vydrží čtyři až pět let. Informace o záruce najdete *na straně 30*.



### Prázdný displej

#### **Paměť dávky je neaktivní nebo je vybitá baterie**

Paměť dávky nebyla aktivována nebo je vybitá baterie.

#### **Co dělat?**

Zkontrolujte, zda je paměť dávky aktivována. Paměť dávky se aktivuje při prvním podání injekce perem NovoPen® 6.

Pokud jste již pero NovoPen® 6 použili k podání injekce: Vytáhněte dávkovací tlačítko a znova jej zatlačte zpět, abyste viděli podrobnosti o poslední dávce. Pokud displej zůstane prázdný, je baterie vybitá.

Kontaktujte dodavatele, aby vám vydal nové pero. Pero stále můžete používat k aplikaci inzulinu, dokud nedostanete nové pero. Informace o záruce najdete *na straně 30*.

**Péče**

- **NovoPen® 6 používejte** pouze v souladu s tímto návodom k použití.
- **Dbejte na to, aby vám pero neupadlo** a vyvarujte se úderů o tvrdé povrchy. Pokud ho upustíte nebo máte podezření na nějaký problém, zkонтrolujte inzulinovou zásobní vložku, zda není poškozená, například prasklá. Pokud je to nutné, vyměňte zásobní vložku za novou.
- **Neuchovávejte pero** na přímém slunečním světle a nevystavujte ho prachu, nečistotám, kapalinám, ani extrémním teplotám.
- **Pero se nepokoušejte opravit** nebo rozebírat.
- Vaše pero je vybaveno vnitřní lithiovou baterií. Z bezpečnostních důvodů je nevyměnitelná. Pokud se baterie vybije, kontaktujte dodavatele, aby vám vydal nové pero. Pero můžete k aplikaci inzulinu stále používat, avšak bez využívání funkce paměti dávky.

① **Baterie má životnost čtyři až pět let, pokud se poprvé použije před datem vyraženým vedle tohoto symbolu na vnějším obalu.**

**Cištění**

- **Pero čistěte pouze** hadříkem navlhčeným v jemném čisticím prostředku.
- **Pero nemyjte, nenamáčejte ani nepromazávejte** a k čištění pera nepoužívejte bělící čisticí prostředky, jako je chlor, jód nebo alkohol. Mohlo by ho to poškodit.
- Pokud je na vnější části pera inzulin, **ocistěte ho dříve, než inzulin zaschné**, hadříkem navlhčeným v jemném čisticím prostředku.

## Uchovávání

- Pokud je v peru vložena inzulinová zásobní vložka, postupujte podle pokynů k uchovávání v příbalové informaci k náplni Penfill® o obsahu 3 ml, který je přiložen k balení zásobní vložky Penfill® o obsahu 3 ml.
- Bez vložené inzulinové zásobní vložky uchovávejte pero při pokojové teplotě.
- **Neuchovávejte pero s nasazenou jehlou.**
- **Pero chráňte před mrazem** a neuchovávejte ho v chladničce nebo v blízkosti chladicího zařízení.
- **Inzulinové zásobní vložky uchovávejte** dle instrukcí v příbalové informaci k zásobní vložce Penfill® o obsahu 3 ml. Zde také najdete informaci o datu použitelnosti. Datum použitelnosti vytisklé na zásobní vložce se vztahuje na dosud nepoužité zásobní vložky uchovávané v chladničce. Nikdy nepoužívejte zásobní vložku po datu použitelnosti uvedeném na zásobní vložce nebo krabičce.

## Likvidace

- **Nevyhazujte pero** do domácího odpadu.
- **Pero zlikvidujte dle instrukcí vašeho lékaře, zdravotní sestry, lékárníka nebo místních požadavků.** Při likvidaci pera berte v úvahu dopad na životní prostředí. Pero obsahuje lithiovou baterii, elektronické součástky a recyklovatelné materiály. Před likvidací pera se rovněž ujistěte, že jste odstranili inzulinovou zásobní vložku a jehlu.
- Obalový materiál je recyklovatelný.



Elektronické zařízení zlikvidujte do tříděného odpadu.

## Záruka

Na pero NovoPen® 6 se vztahuje 3letá záruka, včetně paměti dávky.

Pokud zjistíte, že NovoPen® 6 je porouchané, společnost Novo Nordisk vám ho vymění. Do tří let od obdržení jej lze vrátit dodavateli k přezkoumání. Přiložte potvrzení, které jste dostali při vydání pera NovoPen® 6.

Pro zákazníky v Evropské unii; pokud se domníváte, že jste během používání měl(a) vážný incident způsobený použitím pera NovoPen 6®, oznamte to společnosti Novo Nordisk a místnímu úřadu.

Výrobce nemůže nést zodpovědnost za žádné problémy s perem NovoPen® 6, pokud nebyl dodržen návod.

Pokud zjistíte, že informace v tomto návodu jsou nesprávné, kontaktujte dodavatele k objasnění problému.

Pokud budete potřebovat znát číslo šárže pera, naleznete ho na dávkovacím tlačítku, viz schéma na vnitřní straně obálky.

NovoPen®, Penfill®, NovoFine® and NovoTwist® jsou registrované ochranné známky společnosti Novo Nordisk A/S, Dánsko.

N Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech a v dalších zemích.

## Technické informace

Společnost Novo Nordisk A/S tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu NovoPen® 6 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění Prohlášení EU o shodě naleznete na webové stránce:  
<http://bit.ly/NovoPen6>

NovoPen® 6 splňuje stanovené limity pro přesnost dávkování (nezbytná funkčnost) podle normy ISO 11608-1 Tužkové injektory pro lékařské účely, části 1: Požadavky a zkušební metody.

## Podmínky uchovávání a provozní podmínky

Bez vložené inzulinové zásobní vložky:

- Teplota: 5 °C až 40 °C.
- Vlhkost: 15 % až 93 % relativní vlhkosti.
- Atmosférický tlak: 700 hPa až 1060 hPa

S vloženou inzulinovou zásobní vložkou:

Viz pokyny v příbalové informaci k zásobní vložce Penfill® o obsahu 3 ml, který je připojen k balení zásobní vložky Penfill® o obsahu 3 ml.

## Provozní režim

Nepřetržitý provoz.

## Ochrana proti vniknutí

Pero NovoPen® 6 je klasifikováno stupněm ochrany krytí IP52, kde:

- 5 označuje ochranu před škodlivým množstvím prachu.
- 2 označuje ochranu proti svisle padajícím kapkám vody při náklonu krytu do 15°.

## **NovoPen® 6 není vodotěsný.** Stupeň krytí

IP52 znamená, že zařízení je voděodolné pouze za určitých okolností, a proto je doporučeno jej uchovávat mimo dosah vody a jiných kapalin.



## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Typ: Interně napájené zdravotnické zařízení.


Stupeň: Přiložná část typu BF.

## Elektromagnetická kompatibilita

Ačkoli je pero NovoPen® 6 navrženo tak, aby poskytovalo ochranu před škodlivým rušením při použití v domácím prostředí, generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční (RF) energii. Za určitých podmínek proto může docházet k rušení.

Injekční aplikace není řízena elektronicky a přesnost dávky tedy nemůže být ovlivněna elektromagnetickým rušením.





CE  
0123

Datum vydání: 2023-09

© 2023

[novonordisk.com](http://novonordisk.com)

Vyrobeno:

Novo Nordisk (Čína)  
Pharmaceuticals Co. Ltd.  
99 Nanhai Road, TEDA  
300457 Tianjin, P.R. Čína

Pro

Novo Nordisk A/S

Novo Allé



DK-2880 Bagsværd, Dánsko

8-4260-61-001-2

