

# NovoPen® 6)

## Notkunarleiðbeiningar

Lestu þessar notkunarleiðbeiningar vel áður en þú notar NovoPen® 6 til inndælingar á insúlini í fyrsta skipti.  
Stuttar leiðbeiningar eru á bakhlið leiðbeininganna



# Efnisyfirlit

<b>Yfirlit yfir hluta pennans</b>	
Innsíða kápunnar	
<b>Kynning</b>	Innsíða kápunnar
<b>Mikilvægar athugasemdir</b>	1
<b>Undirbúningur pennans fyrir inndælingu</b>	
Insúlínörlykja sett í	2
Ef notað er hvítt eða skýjað insúlín	5
Ný nál sett á pennann	6
ALLTAF skal prófa insúlínflæðið fyrir inndælingu	8
Skammtur valinn	10
<b>Inndæling skammts</b>	12
<b>Eftir inndælingu</b>	14
<b>Hvernig nota skal skammtaminnið</b>	
Hvernig síðasti skammtur er athugaður	16
Hvað sést á skjá skammtaminnisins?	17
Hvernig persónuleg skrá yfir inndælingar er haldin	18
Hvernig athugað er hve mikið insúlín er eftir	20
<b>Ef þú þarf meira insúlín en eftir er í rörlykjunni</b>	22
<b>Hvernig skipt er um notaða insúlínörlykju</b>	24
<b>Villa/skilaboð á skjánum</b>	26
<b>Villuskilaboð</b>	26
„End“ birtist á skjánum	27
Auður skjár	27
<b>Hvernig hugsa skal um pennann</b>	28
Umhirða	28
Þrif	28
Geymsla	29
Förgun	29
Ábyrgð	30
Tæknilegar upplýsingar	30
<b>Stuttar leiðbeiningar eru á bakhliðinni</b>	

# NovoPen® 6)

## Penni



Pennaheitta



Insúlin-kvarði



Hylki fyrir  
rörlykju



Stimpilsendi

Skammta-  
vísir

Lotunúmer  
(Á hinni hliðinni)

Þrýsti-  
hnappur

Stimpils-  
stöng

Skammta-  
teljari

Auðkenni  
Skammta-  
penna

Skammta-  
minni

## Skammtaminni



Fjöldi eininga í síðustu inndælingu

Tími frá síðustu inndælingu (kk:mm:ss)

## Einnota nál (dæmi)



Ytri  
nálarhetta



Innri  
nálarhetta



Nál



Pappírs-  
flipi

## Insúlín rörlykja (Penfill® 3 ml rörlykja)



Festing fyrir  
nál  
(til að setja á  
nál)



Litakóðuð  
merking



Stimpill

Glerkúla

(aðeins í hvítu og  
skýjuðu insúlini)

# Kynning

Takk fyrir að velja NovoPen® 6.

**NovoPen® 6 er margnota insúlinpenni með skammtaminni.**

**NovoPen® 6 pakkningin inniheldur einn pennu, mjúkt veski og þessar notkunarleiðbeiningar.**

Lestu notkunarleiðbeiningarnar vandlega áður en þú notar pennann – líka þó að þú hafir áður notað NovoPen® 6 eða önnur svipuð hjálpartæki frá Novo Nordisk til inndælingar. Þær lýsa öllu sem þú þarfst að vita um pennann og hvernig hann er notaður.

**Notaðu eingöngu NovoPen® 6** ef þú getur fylgt notkunarleiðbeiningunum að fullu. Ef þú getur það ekki skaltu fá aðstoð frá einstaklingi sem getur fylgt notkunarleiðbeiningunum.

NovoPen® 6 er ætlaður til notkunar við gjöf insúlins til meðhöndlunar hjá sjúklingum með sykursýki sem þurfa insúlininndælingar.

NovoPen® 6 er ætlaður til notkunar hjá sjúklingum með sykursýki sem gefa sér lyfið sjálfir, heilbrigðisstarfsfólk og umönnunaraðilum.

NovoPen® 6 er ætlaður til notkunar af einum sjúklingi sem gefur sér sjálfur lyfið heima.

NovoPen® 6 inndælingarpennan skal eingöngu nota ásamt viðeigandi vörum svo hann virki á nákvæman og öruggan hátt. Inndælingarpenninn er notaður ásamt Penfill® 3 ml rörlkjum með insúlini frá Novo Nordisk og einnota nánum (nálar fylgja ekki með). Notandi inndælingarpennans getur stilt á þann skammt sem þarf frá 1 til 60 eininga, í 1 einingar þrepum.

**Penninn er með skammtaminni** sem hjálpar þér að muna fjölda eininga í síðustu inndælingu og tímann sem

liðinn er frá síðustu inndælingu. Skammtaminnið geymir einnig upplýsingar um þínar inndælingar u.b.b. síðustu þrjá mánuðina. Sjá bls. 18-19 í notkunarleiðbeiningunum til að fá frekari upplýsingar um hvernig á að nota upplýsingarnar til að halda persónulega skrá um inndælingar. Til að halda persónulega skrá er hægt að flytja upplýsingarnar til dæmis yfir í snjallsíma.

**Penninn er margnota** sem þýðir að þú getur notað hann aftur. Þegar þú hefur notað allt insúlini í rörlkjunni, skiptir þú einfaldlega um rörlkjuk og setur nýja í. Ef þú notar meira en eina gerð af insúlini er sterklega ráðlagt að þú notir mismunandi NovoPen® 6 fyrir hverja gerð af insúlini.

**Penninn fæst bæði grár og blár.**

Mundu alltaf eftir því fyrir hverja inndælingu að athuga nafn og lit rörlkjunnar til að ganga úr skugga um að hún innihaldi rétta gerð af insúlini.

**Um notkunarleiðbeiningarnar:**

Í leiðbeiningunum eru gefin fyrirmæli, skref fyrir skref, um hvernig nota á pennann.

Mikilvægar upplýsingar og frekari upplýsingar eru greinilega merktar með merkjum sem sýnd eru hér fyrir neðan:



## Mikilvægar upplýsingar

Veittu þessum athugasemendum sérstaka athygli þar sem þær eru mikilvægar fyrir örugga notkun pennans. Ef þú fylgir ekki fyrirmælunum nákvæmlega getur þú fengið of lítið eða of mikil ìnsúlin, eða ekkert insúlin.



## Frekari upplýsingar

# Mikilvægar athugasemdir

- **Ef þú ert blind/blindur eða sjónskert/sjónskertur máttu ekki nota NovoPen 6 án hjálpars.** Fáðu hjálp frá einstaklingi með góða sjón sem getur fylgt notkunarleiðbeiningunum að fullu.
- **Prófaðu ALLTAF insúlinflæðið fyrir hverja inndælingu.** EKKI nota pennann ef ekki kemur buna af insúlini frá nálaroddinum þegar flæðið er prófað. Ef þú prófar ekki insúlinflæðið gætir þú hugsanlega fengið of lítið insúlin, eða ekkert insúlin.
- **Ef þú missir pennann** skaltu athuga hvort insúlinrörlykjan hafi skemmt, t.d. hvort sprungur hafi myndast. Ef nauðsynlegt er skal skipta um rörlykjuna og setja nýja í.
- **Ef þú fyrir slysni skrúfar pennann í sundur á milli inndælinga er mikilvægt að þú prófir insúlinflæðið fyrir næstu inndælingu.** Nauðsynlegt getur verið að gera það nokkrum sinnum áður en insúlinbuna kemur frá nálaroddinum. Ef ekkert insúlin kemur gætir þú e.t.v. ekki fengið neitt insúlin.
- **NovoPen® 6 er hannaður til notkunar ásamt Penfill® 3 ml rörlyku og NovoFine® Plus, NovoFine® eða NovoTwist® einnota nálum, allt að 8 mm að lengd.**
- **Novo Nordisk ber ekki ábyrgð á skaða vegna notkunar NovoPen® 6 með öðrum vörum en þeim sem hér er getið um.**
- **Athugaðu alltaf nafnið og litinn á rörlykjunni til að vera viss um að hún innihaldi þá gerð af insúlini sem þú átt að fá.** Ef þú notar ranga gerð af insúlini mun blóðsykurinn hugsanlega verða of hár eða of lágur.
- **Hafðu aukapenna alltaf meðferðis** og auka insúlin af þeiri gerð eða þeim gerðum sem þú notar sem og aukanálar, ef þessir hlutir týnast eða skemmast.
- **Aldrei deila pennanum,** insúlinrörlykjum eða nálum með öðrum. Þetta er aðeins ætlað þér til að nota.
- **Geymdu alltaf pennann,** insúlinrörlykjurnar og nálar þar sem aðrir hvorki ná til né sjá, sérstaklega börn.
- **Geymdu pennann alltaf hjá þér.** EKKI skilja hann eftir í bílnum eða á öðrum stöðum þar sem getur orðið of heitt eða of kalt.
- Umönnunaraðilar **verða að sýna sérstaka varúð þegar þeir fjarlægja og farga notuðum nálum til að forðast stunguslys og krossmengun.**
- **Ef ruglast er á insúlinum getur það haft alvarlegar heilsufarslegar afleiðingar.** Ef þú notar tvennis konar insúlin er því ráðlagt að ræða við heilbrigðisstarfsmann hvernig eigi að forðast rugling.
- **Ávallt skal lesa fylgiseðilinn** sem fylgir pakkningunni með Penfill® rörlykjunni, fyrir upplýsingar um insúlinið.

## Insúlínþörlykja sett í

- Dragðu pennahettuna af.




- Snúðu hylkið fyrir rörlykjuna af. Leggðu það til hliðar til nota síðar.



- Stimpilsstöngin gæti staðið út** úr pennanum. Ef svo er skal þrýsta henni alveg inn þar til hún stöðvast.

**i** Stimpilsstöngin og endinn á stimpilsstönginni geta verið laus og hreyfst til. Það er eðlilegt og hefur ekki áhrif á virkni pennans.



- Taktu nýja insúlínrölykju. Haltu á hylkinu fyrir rörykjuna og láttu rörykjuna renna niður með **endann fyrir nálina fyrst** eins og sýnt er á myndinni. Liturinn á rörykjunnini getur verið annar en sá sem sýndur er á myndinni. Liturinn fer eftir því hvaða gerð af insúlíni þú notar.



**Athugaðu nafnið og litinn** á rörykjunnini til að vera viss um að hún innihaldi þá tegund af insúlíni sem þú þarf. Ef þú notar ranga gerð af insúlíni getur blóðskurinn hugsanlega orðið of hár eða lágar.


**Athugaðu hvort rörykjjan hafi skemmst**, t.d. brotnað eða lekið. Sjáðu hvernig það er gert í **fylgiseðlinum með Penfill® 3 ml rörykju**, sem er í Penfill® 3 ml rörykju pakkningunni.

**Athugaðu hvort insúlínin líti út eins og það á að gera.** Í fylgiseðlinum með Penfill® 3 ml rörykju getur þú séð hvernig þín tegund af insúlíni á að líta út.

**NovoPen® 6 er hannaður til notkunar með Penfill® 3 ml rörykju og NovoFine® Plus eða NovoTwist® einnota nálum**, allt að 8 mm að lengd.

5

- Skrúfaðu hylkið fyrir rörlykjuna aftur á pennann eins og sýnt er á myndinni, þar til þú **heyrir eða finnur smell**.



## Ef notað er hvítt eða skýjað insúlin

Ef þú notar insúlínörlykju með insúlini sem er skýjað (hvít insúlínindreifa) **skal alltaf endurblanda það rétt fyrir inndælingu.**

Sjá fylgiseðil með Penfill® 3 ml rörlykju til að fá upplýsingar um hvernig á að endurblanda þína tegund af insúlini.

**Gakktu úr skugga um að það sé nægilegt rými í rörlykjunni** áður en þú endurblandar insúlínin:


Stimpillinn á að vera **yfir hvíta strikinu** á hylkinu fyrir rörlykjuna, þegar haldið er á pennanum eins og sýnt er á myndinni. Það er nauðsynlegt til að tryggja að glerkúlan í rörlykjunni hafi nægilegt rými til að endurblanda insúlínin.

Ef stimpillinn fer niður fyrir hvíta strikið skal skipta um insúlínörlykju og setja nýja í, sjá blaðsíður 24-25.




## 6 Ný nál sett á pennann

1



- Taktu nýja nál og fjarlægðu pappírsflipann.
- Þrýstu nálinni **beint** á pennann. **Snúðu þar til hún situr þétt.**

2



- Dragðu af ytri nálarhettuna og geymdu hana. Hana skal nota síðar eftir inndælingu, þegar fjarlægja skal notaða nál á öruggan hátt.




**Notaðu alltaf nýja nál við hverja inndælingu.** Það dregur úr hættunni á stífluðum nánum, mengun, sýkingum og ónákvæmri skömmtnum.

**Notaðu aldrei bogna eða skemmda nál.**

**Ekki setja nýja nál** á pennann fyrr en þú ert tilbúin(n) að gefa næstu inndælingu.

- Fjarlægðu innri nálarhettuna og fargaðu henni.  
Hugsanlegt er að dropi af insúlini sjáist á nálaroddinum. Það er eðlilegt **en engu að síður skal prófa insúlinflæðið.**



**⚠** Tvær hettur eru á nálinni. Þú verður að fjarlægja báðar hetturnar. Ef þú gleymir að fjarlægja báðar hetturnar mun ekkert insúlin dælast inn og blóðsykurinn getur orðið of hár.

**(i)** NovoPen® 6 er hannaður til notkunar með Penfill® 3 ml rörlykju og NovoFine® Plus, NovoFine® eða NovoTwist® einnota nálum, allt að 8 mm að lengd.

## ALLTAF skal prófa insúlinflæðið fyrir inndælingu



**Prófaðu ALLTAF flæðið fyrir inndælingu.**

Haltu áfram að prófa þar til buna af insúlini kemur frá nálaroddinum. Þetta tryggir að holrúm eða loftbólur hafa verið fjarlægðar og að insúlin nær í gegnum nálina.

- Dragðu út þrýstihnappinn, ef hann er ekki þegar úti.


- Snúðu þrýstihnappnum og veldu **2 einingar**.



- **Yttu þrýstihnappnum niður** þar til skammtateljarinn sýnir „0“. „0“ á að vera til móts við skammtavísinn.
- Athugaðu hvort buna af **insúlíni komi** frá nálaroddinum.
- Ef ekkert insúlín kemur** skaltu endurtaka skref 1-3 þar til buna af insúlíni kemur frá nálaroddinum.

Ef ekkert insúlín kemur í ljós eftir nokkrar tilraunir skaltu athuga í insúlínglugganum hvort bil sé á milli svarta stimpilsendans og stimpilsins, sjá myndir 3A og 3B. Ef þú sérð ekkert bil skaltu skipta um nál og athuga insúlinflæðið aftur.

**Prófun á insúlinflæðinu er lokið þegar þú sérð bunu af insúlíni koma frá nálaroddinum.**



**Ekki reyna inndælingu ef ekkert insúlín kemur í ljós.**

Hugsanlega mun ekkert insúlín verða gefið, þó að skammtateljarinn færist. Það getur valdið of háum blóðsykri.

**Ef ekkert insúlín kemur í ljós eftir endurteknar prófanir á flæðinu** skaltu ekki nota pennann. Hafðu samband við söluaðila til að fá nýjan pennu.



- Dragðu þrýstihnappinn út, ef hann er ekki þegar úti.
- Vertu viss um að skammtateljarinn sýni "0" áður en byrjað er. „0“ á að vera til móts við skammtavísinn.



- Snúðu þrýstihnappnum til að velja þann skammt sem þarf. Snúa má þrýstihnappnum **fram og aftur** til að stilla skammtinum.



Þrýstihnappurinn breytir fjölda eininga. Aðeins skammtateljarinn og skammtavísirinn sýna valinn fjölda eininga í hverjum skammti. Hægt er að velja allt að 60 einingar í skammti.



Líttu alltaf í gegnum insúlíngluggann til að **ganga úr skugga um að insúlínið í pennanum líti út eins og það á að gera.** Í fylgiseðlinum með Penfill® 3 ml rörlykju má sjá hvernig insúlínið sem þér er ætlað á að líta út.

Notið alltaf skammtateljarann og skammtavísinn til að sjá hve margar einingar hafa verið valdar.

Ekki nota insúlkvarðann á hylkinu fyrir rörlykjuna. Hann sýnir einungis um það bil hve mikið insúlin er eftir í pennanum.

Ekki telja smellina í pennanum.

Ef stillt er á rangan fjölda eininga og þeim dælt inn mun blóðsykurinn hugsanlega verða of hárr of lágr.

**i** Ef þú þarf fleiri en 60 einingar getur þú valið að nota annað tæki frá Novo Nordisk til inndælingar á insúlini með stærri hámarksskammti.

Auðvelt á að vera að snúa þrýstihnappnum. Ekki skal þvinga hann til að snúast.

Þegar færri en 60 einingar eru eftir í pennanum stöðvast skammtateljarinn við þann fjölda eininga sem eru eftir í pennanum. *Sjá blaðsiður 22—23 ef þú þarf meira insúlin en eftir er í rörlykjunni.*



Prófaðu ALLTAFF flæðið áður en þú framkvæmir inndælingu.

- 1 • **Athugaðu nafnið og litinn** á rörlykjunni til að tryggja að hún innihaldi þá gerð af insúlini sem þú þarf. Ef notuð er röng gerð af insúlini getur blóðsykurinn hugsanlega orðið of hár eða of lágor.
- **Vertu viss um að sjá skammtateljarann.**
- **Stingdu nálinni í húðina** eins og læknirinn eða hjúkrunarfræðingur hefur sýnt þér.
- **Ýttu þrýstihnappnum inn** þar til skammtateljarinn sýnir „0“. „0“ verður að standa til móts við skammtavísinn. Þú heyrir e.t.v. smell eða finnur fyrir honum.
- Eftir að skammtateljarinn sýnir „0“ **skaltu láta nálina vera í húðinni og telja rólega upp að 6.**



Ef nálín er fjarlægð of snemma gætir þú séð bunu af insúlini koma frá nálaroddinum. Ef það gerist hefur fullur skammtur ekki verið gefinn og þú skalt athuga blóðsykurinn oftar.

- **Fjarlægðu nálinu úr húðinni.**
- **Eftir inndælingu** eru upplýsingar um skammtinn geymdar í skammtaminninu. *Sjá blaðsíður 16-17.*



**⚠ Gefðu alltaf skammt með því að ýta þrýstihnappnum inn. EKKI SNÚA HONUM.** Ef þrýstihnappnum er snúið er **engu** insúlini dælt inn.

**Notaðu alltaf skammtateljarann til að vita hve mörgum einingum þú hefur dælt inn.** EKKI telja smellina í pennanum. Skammtateljarinn sýnir nákvæman fjölda eininga.

**Ef þrýstihnappurinn stöðvast** áður en skammtateljarinn sýnir „0“ er nálin hugsanlega stífluð. Snúðu skammtateljaranum aftur á „0“ og skiptu yfir í nýja nál. Prófaðu insúlinflæðið og dældu inn fullum skammti.

- (i)** Hugsanlega sérðu dropa af insúlini á nálaroddinum eftir inndælingu. Það er eðlilegt og hefur ekki áhrif á skammtinn. Venjuleg notkun á tækinu **getur leitt til viðbragða á stungustað.** Leitaðu til læknisins eða hjúkrunarfæðings ef þú ert í vafa.



- Fjarlægðu nálina strax með því að skrúfa hana af í ílát fyrir oddhvassa hluti.



- Ef þú ert ekki með ílát fyrir oddhvassa hluti skaltu nota aðra höndina til að setja nálarhettuna aftur á nálina. **Settu nálarroddinn inn í ytri nálarhettuna** og láttu pennann liggja á sléttu yfirborði, án þess að snerta nálina.




- Ekki hreyfa við ytri nálarhettunni fyrr en hún hylur nálina.
- Þegar hún hylur nálina er **ytri nálarhettunni þrýst varlega alveg á.**



**Aldrei reyna að setja innri nálarhettuna á nálina aftur.** Þú gætir stungið þig á nálinni.

- Haltu um svarta hylkið fyrir rörlykjuna og skrúfaðu nálina af. Fargaðu henni varlega eins og læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn hafa sagt þér.




- Settu pennahettuna aftur á pennann** eftir hverja notkun til að verja insúlinið gegn ljósi.
- Geymdu pennann vel. Penninn á að vera þar sem aðrir **hvorki ná til né sjá, sérstaklega börn**, sjá upplýsingar á blaðsíðu 29 um hvernig á að geyma pennann.



**Haltu alltaf um svarta hylkið fyrir rörlykjuna þegar þú skrúfar nálina af.** Annars gætir þú skrúfað pennann í sundur. Ef það gerist skaltu skrúfa pennann saman aftur. Skiptu um nál og prófaðu insúlinflæðið aftur fyrir næstu inndælingu til að tryggja að þú fáir fullan skammtt.

**Fjarlægðu alltaf og fargaðu notuðum nálum frá pennanum á öruggan hátt, til dæmis í ílát fyrir oddhvassa hluti, eins og læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn hafa sagt.** Það minnkar hættuna á stífluðum nálum, mengun, sýkingu og ónákvæmri skömmutun. Ekki geyma pennann með nálinni á.

1



- Vertu viss um að skammtateljarinn sýni „0“ áður en þú byrjar. „0“ verður að standa til móts við skammtavísinn.

- Dragðu þrýstihnappinn út og ýttu honum aftur inn.**  
Ekki snúa þrýstihnappnum.

**Núna sýnir skjáinn upplýsingar um síðasta skammt.** Það slokknar á skjánum eftir 15 sekúndur.

2



**(i) Ekki snúa þrýstihnappnum** þegar þú athugar síðasta skammt. Ef þú snýrð honum og ýtir á hann glatast upplýsingarnar um síðasta skammt.

Ef þú snýrð óvart þrýstihnappnum skaltu snúa honum aftur á „0“, áður en þú ýtir honum inn. Þá glatast **ekki** upplýsingarnar um síðasta skammt.

# Hvað sést á skjá skammtaminnisins?

- Fjöldi eininga sem síðast var dælt inn.
- Tími sem liðinn er frá síðustu inndælingu (klst:mínútur:sekúndur).

Til hægri eru þrjú dæmi sýnd.

**Skjáinn sýnir eingöngu upplýsingar um síðustu inndælingu eða prófun á insúlinflæði.** Það þýðir að prófun á insúlinflæði skrifar yfir upplýsingar frá síðustu inndælingu.

Skammtaminnið í pennanum geymir upplýsingar um þínar inndælingar u.p.b. síðustu þrjá mánuðina. Sjá blaðsíður 18-19 um hvernig á að nota upplýsingarnar til að halda persónulega skrá yfir inndælingar.

**!** Skammtaminnið segir **ekki til um** hve mikið insúlin þú þarf við næstu inndælingu. Ef þú ert í vafa um hve mikið insúlin þú þarf, skaltu athuga blóðsykursmagn hjá þér. Annars áttu það á hættu að fá of mikið eða of lítið insúlin.

Ef þig grunar að skammtaminnið sýni rangar upplýsingar, til dæmis ef þú hefur meðhöndlað pennann á annan hátt en þú ætlaðir, skaltu alltaf mæla blóðsykurinn áður en þú velur skammt fyrir næstu inndælingu.



5 einingum  
dælt inn fyrir  
3 klst., 45  
minútum og  
10 sekundum  
siðan



10 einingum  
dælt inn  
fyrir 35  
minútum og  
50 sekundum  
siðan



8 einingum  
dælt inn fyrir  
36 klst., 45  
minútum og  
18 sekundum  
siðan

Skammtaminnið í pennanum má tengja nándarmælingum (NFC, near field communication). **Ef þú ert með snjallsíma, spjaldtölву, tölву, blóðsykursmæli eða annað tæki sem styður einnig NFC** getur þú fært þínar upplýsingar um inndælingar úr pennanum yfir í tækið til að halda þína eigin skrá yfir inndælingar. Þú þarf einungis að ganga úr skugga um að tækið hafi app (smáforrit) sem getur tengst pennanum eða annan hugbúnað sem getur lesið og sýnt upplýsingar um inndælingarnar.

Skammtaminnið þarf að vera virkjað svo hægt sé að tengjast tækinu. Til að virkja skammtaminnið þarf að velja skammt sem er staðri en núll og ýta brýstihannappnum alveg inn. Þetta er hægt að gera með eða án insúlinrörlykju í pennanum. Ef þetta er gert með insúlinrörlykju í pennanum þarf að setja nál á pennann.

Skammtaminnið er virkjað að fullu þegar skjár skammtaminninsins sýnir upplýsingar um fyrsta skammtinn sem var verið að taka. Ekki velja nýjan skammt fyrr en skammtaminnið er að fullu virkjað. Einungis þarf að virkja skammtaminnið í fyrsta skiptið sem nýr penni er notaður.

## 1 Athugaðu hvort tækið geti tekið við nándarmælingum (NFC).

Athugaðu notkunarleiðbeiningar fyrir tækið til að kanna hvort tækið taki við NFC og nákvæmlega hvar NFC er staðsett í tækinu.

Farið á novonordisk.com/novopensmartphones til að sjá lista yfir snjallsíma sem geta tengst **NovoPen® 6**.

## 2 Athugaðu hvort tækið sé með „app“ (smáforrit) eða annan hugbúnað til að lesa upplýsingar um inndælingar þínar.

Ef tækið er ekki með app eða annan hugbúnað sem hentar getur þú fundið það og hlaðið niður eða haft samband við fulltrúa Novo Nordisk til að fá upplýsingar.

Farið á novonordisk.com/novopenapps til að sjá lista yfir öpp (smáforrit) sem geta tengst **NovoPen® 6**.

## 3 Athugaðu appið (smáforritið) eða annan hugbúnað til að kanna:

- hvernig skal undirbúa tækið til að taka við upplýsingunum.
- hvernig sýna á upplýsingar um inndælingar.





#### 4 Upplýsingar um inndælingar fluttar yfir í tækið.

- **Finndu** NFC svæðið á tækinu þínu.
- **Haltu** skammtaminni pennans beint að NFC svæðinu á tækinu og gakktu úr skugga um að penninn haldi sambandi við NFC svæðið.
- **Haltu pennanum á sama stað og bíddu** á meðan upplýsingar síðustu inndælinga hafa sjálfkrafa verið fluttar yfir í tækið.



Penninn er með sérstakt auðkenni sem er staðsett á þrystihannappnum eins og sýnt er. Þegar inndælingaskrá þín sést á tækinu er auðkenni pennans tengt upplýsingum þínum um inndælingar.

Ef þú notar mismunandi penna fyrir mismunandi gerðir af insúlini skaltu athuga auðkenni pennans. Það sýnir frá hvaða penna upplýsingarnar um inndælingar koma.

## Hvernig athugað er hve mikið insúlín er eftir



Skammtateljarinn sýnir nákvæmlega hve mikið insúlín er eftir í rörykjunni, þegar færri en 60 einingar eru eftir.

- Snúðu þrýstihnappnum þar til hann stöðvast.
- Athugaðu skammtateljarann:
  - Ef hann sýnir „60“: **60 einingar eða fleiri** eru eftir í rörykjunni.
  - Ef hann sýnir lægri tölu en „60“: **Þá sést sá fjöldi eininga sem eftir er** í rörykjunni.
- Snúðu þrýstihnappnum til baka þar til skammtateljarinn sýnir „0“.

- Notáðu **insúlínkvarðann** til að sjá hve mikið insúlín er **um það bil** eftir í insúlínörlykjunni.



- i** Ef þú þarf meira insúlín en eftir er í rörlykjunni skaltu taka fullan skammt úr nýrri rörlykju, sjá blaðsiðu 22.

## Ef þú þarf meira insúlín en eftir er í rörlykjunni



Ef þú þarf meira insúlín en eftir er í rörlykjunni **skaltu taka fullan skammt úr nýrri rörlykju.**

- Fjarlægðu nálina. Snúðu hylkinu fyrir rörlykjuna af og fargaðu notuðu rörlykjunni.
- Settu nýja rörlykju í, sjá blaðsíður 2-4.



- Tengdu nýja nál og **þrófaðu insúlínflæðið**, sjá blaðsíður 6-9.



- Veldu og dældu inn **fullum skammti með nýju rörlykjunni**, sjá blaðsíður 10-13.

 **Aðeins ef þú hefur fengið ráðleggingar frá lækninum eða hjúkrunarfræðingi** máttu skipta skammtinum á milli tveggja rörlykja.

Ef þú verður annars hugar, reiknar skakkt út eða gleymir að prófa insúlinflæðið getur þú í það skiptið fengið of líttinn eða of stóran skammt sem gæti leitt til þess að blóðsykurinn verði of hárr eða of lágur.

**Ef þér líður illa** eftir að hafa skipt skammti skaltu mæla blóðsykurinn og/eða hafa samband við lækninn eða hjúkrunarfræðing.

Ef þú skiptir skammtinum:

- 1 Prófaðu insúlinflæðið.**
- 2** Athugaðu nákvæmlega hve mikilins er eftir og skrifaðu það hjá þér. Snúðu þrýstihnappnum þar til hann stöðvast. Skammtateljarinn sýnir þá fjölda eininga sem eftir eru í rörlykjunni.
- 3** Dældu inn öllu insúlininu sem er eftir í rörlykjunni.
- 4** Reiknaðu út hve margar einingar þú þarfir í viðbót til að fá fullan skammt.
- 5** Fjarlægðu notuðu nálina og rörlykjuna.
- 6** Settu nýja rörlykju í og undirbúðu hana til inndælingar.
- 7** Settu nýja nál á pennann og **prófaðu insúlinflæðið.**
- 8** Veldu afganginn af skammtinum og dældu honum inn með nýju rörlykjunni.

 Ef þú skiptir skammtinum og gefur tvær inndælingar mun skjár skammtaminnisins aðeins geyma upplýsingar um seinni inndælinguna.

**1**

- Fjarlægðu nálina af pennanum og fargaðu henni, ef hún er enn á pennanum, sjá blaðsiður 14-15.

**2**

- Snúðu hylkinu fyrir rörlykjuna af.

**i**

Þegar þú snýrð af hylkinu fyrir rörlykjuna mun stimpilstöngin standa út úr pennanum. Hún getur færst til af sjálfu sér. Þrýstu henni aftur inn eins og sýnt er á blaðsiðu 2.

- Hallaðu hylkinu fyrir rörlykjuna og **láttu rörlykjuna renna út.** Fargaðu henni eins og læknirinn eða hjúkrunarfræðingur hefur sagt fyrir um.
- Þrýstu stimpilsstönginni aftur inn. **Settu síðan nýja rörlykju í og snúðu hylkinu fyrir rörlykjuna aftur á pennann.** Settu nýja nál á og prófaðu insúlinflæðið, sjá blaðsíður 6-9.





### Villuskilaboð

Síðasta inndæling ekki skráð í skammtaminnið

Ef þú sérð þessi skilaboð hefur þú fengið insúlínið sem þú dældir síðast inn en skammtaminnið hefur ekki skráð inndælinguna.

### Hvað skal gera?

Penninn getur enn dælt insúlíni. Ef þú manst ekki hversu miklu og hvenær þú dældir síðast inn insúlíni skaltu mæla blóðsykurinn oftar en einu sinni áður en þú dælir meiri insúlíni inn.

Venjulega byrjar skammtaminnið að virka aftur eftir næstu inndælingu.

Ef ekki, hafðu þá samband við söluaðila til að fá nýjan penna.

Rafhláðan virkar ennþá.



### **„End“ birtist á skjánum**

#### **Penninn nálgast fyrningu**

Rafhlaðan fer að verða tóm og skammtaminnið nálgast fyrningu.

#### **Hvað skal gera?**

Hafðu samband við söluaðilann til að fá nýjan penna. Þú getur áfram notað pennann til inndælingar á insúlíni þar til þú færð nýjan.

Skammtaminnið virkar en nálgast fyrningu. Að loknum líftíma pennans verður skjáinn auður.

Endingartími pennans er fjögur til fimm ár. Sjá upplýsingar um ábyrgð á *blaðsíðu 30*.



### **Auður skjár**

#### **Skammtaminnið er óvirkt eða rafhlaðan tóm**

Skammtaminnið hefur ekki verið virkjað eða rafhlaðan er tóm.

#### **Hvað skal gera?**

Gakktu úr skugga um að skammtaminnið hafi verið virkjað. Skammtaminnið virkjast þegar þú notar NovoPen® 6 í fyrsta skipti.

Ef þú hefur notað NovoPen® 6 til inndælingar: Dragðu þrýstihnappinn út og þrýstu honum síðan inn aftur til að sjá upplýsingar um síðustu inndælingu. Ef skjáinn sýnir ekkert eftir það er rafhlaðan tóm.

Hafðu samband við söluaðilann til að fá nýjan penna. Þú getur áfram notað pennann til inndælingar á insúlíni þar til þú færð nýjan. Sjá upplýsingar um ábyrgð á *blaðsíðu 30*.

## Umhirða

- Notaðu NovoPen® 6 aðeins eins og lýst er í þessum notkunarleiðbeiningum.
- **Þú mátt ekki missa pennann** eða reka hann í hart yfirborð. Ef þú missir hann eða grunar að hann sé bilaður skaltu athuga hvort insúlínþrlykjan hafi skemmt, t.d. hvort sprungur hafi myndast. Skiptu um rörlýkju og settu nýja í ef þú telur það nauðsynlegt.
- **Haltu pennanum frá** beinu sórlarljósi, ryki, óhreinindum, vökvu og háum hita.
- **Ekki reyna að gera við pennann** eða taka hann í sundur.
- Penninn er með innbyggða litíum-rafhlöðu. Af öryggisástæðum er ekki hægt að skipta um hana. Þegar rafhlaðan er tóm skaltu hafa samband við söluaðilann til að fá nýjan penna. Þú getur áfram notað pennann til inndælingar á insúlíni án þess að nota skammtaminnið.

① Líftími rafhlöðunnar er fjögur til fimm ár ef fyrsta notkun hans er fyrir dagsetninguna sem prentuð er við hliðina á þessu merki á ytri umbúðunum.

## Þrif

- **Aðeins má þrífa pennann** með rökum klúti sem aðeins er vættur með **mildu hreinsiefni**.
- **Þú mátt ekki þvo pennann, leggja hann í vatn eða smyrja hann.** Ekki nota efni sem innihalda bleikiefni, svo sem klór, joð eða etanol til að þrífa pennann. Það getur skemmt hann.
- Ef insúlín lendir á pennanum **skaltu þrífa það áður en það börnar** með rökum klúti sem er aðeins vættur með mildu hreinsiefni.

## Geymsla

- Sjá upplýsingar um geymsluskilyrði í fylgiseðli sem fylgir með Penfill® 3 ml rörlykju pakkningunni ef penninn er geymdur með Penfill® 3 ml rörlykju.
- Geymdu pennann við stofuhita ef hann er ekki með insúlínörlykju.
- **EKKI GEYMA PENNANN MEÐ NÁLINN Á.**
- **PENNINN MÁ EKKI FRJÓSA** eða vera geymdur í kæli við hliðina á kælieiningu.
- **Geymdu insúlínörlykjuna** eins og getið er um í fylgiseðlinum með Penfill® 3 ml rörlykjum. Þar getur þú einnig séð upplýsingar um fyrningardagsetningu. Fyrningardagsetningin sem prentuð er á rörlykjuna gildir fyrir ónotaðar rörlykjur í kæliskáp. Notaðu aldrei rörlykju eftir að fyrningardagsetningin á rörlykjunni eða á pakkanum er liðin.

## Förgun

- **EKKI MÁ FARGA PENNANUM** með heimilissorpi.
- **Fylgdu ráðleggingum læknisins, hjúkrunarfræðings, lyfjafræðings eða yfirvalda um förgun pennans.** Hafðu umhverfið í huga þegar þú fargar pennanum. Hann inniheldur litium - rafhlöðu, rafhluta og endurunnið efni. Gættu þess að fjarlægja nálinu og insúlínörlykjuna áður en þú fargar pennanum.
- Umbúðirnar má endurvinna.



Farga skal raftækjum aðskildum frá öðrum úrgangi.

## Ábyrgð

Ábyrgðartími NovoPen® 6 er 3 ár, sem nær einnig til skammtaminnisins.

Ef þú kemst að því að NovoPen® 6 er bilaður mun Novo Nordisk láta þig hafa nýjan. Skilaðu honum til söluaðilans til rannsóknar innan þriggja ára frá því að þú fékkst hann. Sendu kvittunina með frá því að þú fékkst NovoPen® 6 pennann.

Ef grunur leikur á að alvarlegt atvik (aukaverkun) hafi átt sér stað meðan á notkun NovoPen® 6 stendur, skal tilkynna það til Lyfjastofnunar, [www.lyfjastofnun.is](http://www.lyfjastofnun.is).

Framleiðandinn tekur ekki á sig ábyrgð á bilunum á NovoPen® 6 pennanum, ef þessum leiðbeiningum hefur ekki verið fylgt.

Ef þér finnst upplýsingarnar sem fylgja með þessum notkunarleiðbeiningum vera rangar skaltu hafa samband við söluaðilann til að greiða úr vandamálinu.

Ef þú þarf að nota lotunúmer pennans er það að finna á brýstihnappnum eins og lýst er á myndinni á innri síðu káppunnar.

NovoPen®, Penfill®, NovoFine® og NovoTwist® eru skrásett vörumerki í eigu Novo Nordisk A/S, Danmörku.

N Mark er vörumerki eða skrásett vörumerki NFC Forum, Inc. í Bandaríkjunum og í öðrum löndum.

## Tæknilegar upplýsingar

Novo Nordisk A/S lýsir því hér með yfir að gerð NovoPen® 6 fyrir útvarpsbylgjur er í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins 2014/53/EU.

Heildartexta EU-tilskipunar má finna á eftirfarandi vefsloð: <http://bit.ly/NovoPen6>

NovoPen® 6 uppfyllir sértæk fráviksmörk um skammtanákvæmni samkvæmt staðlinum ISO 11608-1. Pen-Injectors for Medical Use, Part 1: Requirements and test methods.

### Geymsla og notkunarskilyrði

Án insúlínrörlýkju:

- Hitastig: 5 °C til 40 °C
- Rakastig: 15% RH til 93% RH
- Loftþrýstingur: 700 hPa til 1.060 hPa.

Með insúlínrörlýkju:

Sjá leiðbeiningar í fylgiseðli með Penfill® 3 ml rörlýkju sem fylgir með pakkningu Penfill® 3 ml rörlýkju.

### Notkunarháttur

Til samfelldrar notkunar.

## Vörn gegn innstreymi vökva

NovoPen® 6 er flokkaður samkvæmt Ingress Protection sem IP52, þar sem:

- 5 þýðir vörn gegn skaðlegu magni af ryki.
- 2 þýðir vörn gegn vatnsdropum sem falla lóðrétt þegar lokuðu einingunni er hallað um allt að 15°.

## **NovoPen® 6 er ekki vatnsheldur.**

Innstreymiseinkunnin IP52 þýðir að tækið er einungis vatnshelt undir ákveðnum kringumstæðum og því er mælt með að halda pennanum frá vatni og öðrum vökva.



### **Vörn gegn raflosti**

Gerð: Internally Powered ME Equipment.


Stig: Type BF Applied Part.

## **Rafsegulssamhæfni**

Þó að penninn sé hannaður með vörn gegn skaðlegum truflunum við heimilisaðstæður þá gefur NovoPen® 6 frá sér, notar og getur geislað orku á tíðni útværpsbylgja (RF). Því getur orðið truflun við vissar aðstæður.

Inndælingunum er ekki stjórnað með rafeindatækni og skammtanákvæmni verður því ekki fyrir truflunum frá rafsegulsviði.





CE  
0123

Útgáfudagsetning: 09/2023

© 2023

[novonordisk.com](http://novonordisk.com)

Framleiðandi:

Novo Nordisk (China)  
Pharmaceuticals Co. Ltd.  
99 Nanhai Road, TEDA  
300457 Tianjin, Kína

Fyrir

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

 DK-2880 Bagsværd, Danmörk

8-4260-41-040-3

